


Warszawa, 15.12.2016

**Dotyczy: zaproszenia do składania ofert na zakup i dostawę zamrażarki niskotemperaturowej (Zapytanie ofertowe nr 2/12/2016)**

Uprzejmie informujemy, iż w toczącym się postępowaniu wpłynęły następujące pytania, które publikujemy poniżej wraz z wyjaśnieniami.

- 1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o zakresie temperatury pracy od  $-60^{\circ}\text{C}$  do  $-86^{\circ}\text{C}$ ? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.**  
Zamawiający podtrzymuje, specyfikowaną w wymogach, górną temperaturę  $-50^{\circ}\text{C}$  ze względu na charakter prowadzonych prac i próbek.
- 2. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach wewnętrznych  $43 \times 42,5/20,5 \times 62,5/39,5$  cm (szer. x gł. x wys.)? Wymiary wewnętrzne podane są w wartościach łamanych, ponieważ są spowodowane lokalizacją na dnie komory kompresora. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.**



Zamawiający dopuści zamrażarkę o podanych wymiarach wewnętrznych oraz konstrukcji komory, jeśli jednocześnie zostanie spełniony wymóg zakresu pojemności roboczej zamrażarki (90-150 l).

- 3. Czy zamawiający dopuści w postępowaniu 1014338 zamrażarkę niskotemperaturową o pojemności 175 l?**  
Zamawiający nie dopuści zamrażarki niskotemperaturowej o pojemności 175 l.
- 4. Czy zamawiający dopuści w postępowaniu 1014338 zamrażarkę niskotemperaturową o zużyciu energii 650 W?**  
Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o mocy 650 W, jeśli w dobowym cyklu pracy mieści się ona w zużyciu energii elektrycznej  $\leq 12$  kWh/24 h.