

Warszawa, 12.12.2016

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2016

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup **autoklawu stołowego** o następujących funkcjach / parametrach:

CECHY PODSTAWOWE (wymagane)

- Pojemność robocza komory: 20-40 l
- Sposób ładowania: od przodu
- Temperatura sterylizacji: co najmniej od 105°C do 135°C
- Możliwość sterylizacji cieczy w nieuszczelnionych zamkniętych pojemnikach
- Możliwość sterylizacji opakowanych i nieopakowanych materiałów tworzywowych
- Wbudowany system próżniowy do wydajnego odpowietrzania komory oraz całkowitego suszenia końcowego
- Dwie wewnętrzne, elastyczne sondy temperatury
- Panel sterujący, kontrolujący wszystkie parametry urządzenia – w tym ciśnienie i temperaturę oraz blokadę, uniemożliwiającą otwarcie drzwi przy temperaturze $\geq 100^{\circ}\text{C}$
- Predefiniowane programy do sterylizacji cieczy oraz materiałów tworzywowych
- Możliwość definiowania własnych programów
- Programy testowe: szczelności oraz Bowie&Dick
- Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej
- Wbudowany zbiornik na wodę demineralizowaną napełniany ręcznie z możliwością rozbudowy o system automatyczny
- Transport, uruchomienie, przeszkolenie użytkowników
- Dostarczenie wymaganej dokumentacji technicznej, certyfikatów, atestów
- Ciężar bez akcesoriów: ≤ 100 kg
- Zasilanie 230 V / 50 Hz lub 400 V / 50 Hz
- Autoryzowany serwis na terenie Polski
- Gwarancja minimum 24 miesiące

Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: orders@nanovelos.com lub też dostarczona pod adres: ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa.

Osoba do kontaktu: Kinga Adamska, k.adamska@nanovelos.com

Termin realizacji: do 10 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

Termin składania ofert upływa 19.12.2016.



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Adres dostawy:

NanoVelos S.A.
ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium wyboru oferty: cena netto – 100%