

Warszawa, 31.01.2017

Zapytanie ofertowe nr 1/1/2017

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup zestawu **klatek IVC i regału IVC na 48 klatek** o następujących funkcjach / parametrach:

CECHY WYMAGANE

1. Regał na klatki indywidualnie wentylowane - 1 sztuka

- Regał musi być kompatybilny z klatkami indywidualnie wentylowanymi 1284L firmy TECNIPLAST (wlot i wylot powietrza zlokalizowany w pokrywach klatek)
- Pojemność regału to 48 klatek 1284L
- Regał umożliwiający ciche wprowadzanie klatek do regału. Regał zaopatrzone w autoklawowalne kółka
- Przewody wentylacyjne możliwe do demontażu
- Przewody wentylacyjne dostarczające i odprowadzające powietrze z klatek umożliwiające swobodne grawitacyjne opadanie cząstek ściółki
- Wymagane połączenia regału z jednostką nawiewczo-wyciągową. Połączenia muszą być giętkie, o przekroju kołowym – 2 sztuki. Połączenia muszą być autoklawowalne
- Okres gwarancji na regał minimum 3 lata

2. Klatki indywidualnie wentylowane dla myszy 1284L – 12 sztuk

- Klatka w pełni kompatybilna z regałem na klatki indywidualnie wentylowane 1284L TECNIPLAST
- Klatka składa się z podstawy klatki, rusztu pełnego, pokrywy klatki, butelki na wodę, kapsla do butelki i tabliczki na kartę opisową
- Ruszt ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI304
- Pokrywa klatki zaopatrzone w otwory wlotu i wylotu powietrza, filtr mikrobiologiczny, zatrzaski i wgłębienie na butelkę
- Butelka o pojemności minimum 250 ml, skalowana, z uszczelką silikonową
- Kapsel kompatybilny z butelką, ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI316
- Tabliczka na karty opisowe pozioma, z haczykiem
- Filtr mikrobiologiczny w pokrywie musi spełniać warunki: efektywność filtracji wirusów $\geq 99.9999\%$ i efektywność filtracji bakterii $\geq 99.99999\%$
- Prędkość powietrza w klatce niższa niż 0,2 m/s w każdym jej miejscu dostępnym dla zwierząt

- Uszczelnienie klatki musi być zapewnione przez uszczelkę, która umieszczona jest wokół rusztu i przez zatrzaski umieszczone w pokrywie, które zapewniają konieczne połączenie pokrywy, rusztu i podstawy
- Możliwość autoklawowania wszystkich elementów klatki w temperaturze do 134°C
- Gwarancja na klatki minimum 3 lata

Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: orders@nanovelos.com lub też dostarczona pod adres: ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa.

Osoba do kontaktu: Paweł Żuk, p.zuk@nanovelos.com

Termin realizacji: do 10 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

Termin składania ofert upływa 09.02.2017.

Adres dostawy:

Centrum Medycyny Doświadczalnej
ul. Waszyngtona 17A
15-276 Białystok

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium wyboru oferty: cena netto – 100%.

Kryteria dopuszczające do oceny:

- złożenie oferty w terminie,
- przedstawienie oferty na sprzęt charakteryzujący się wszystkimi cechami wyszczególnionymi w przedmiocie zamówienia.